

Nachweise	<i>Plasmodium sp.</i> (<i>Plasmodium falciparum</i> , <i>Plasmodium vivax</i> , <i>Plasmodium ovale</i> , <i>Plasmodium malariae</i> , und <i>Plasmodium knowlesi</i>)																																																																																										
Ziel	Die Zielregion des <i>illumigene</i> [®] Malaria-Tests ist eine aus 214 Basenpaaren (bp) bestehende Sequenz des nicht kodierenden Bereichs der mitochondrialen <i>Plasmodium sp.</i> -DNA.																																																																																										
Akzeptable Probenarten	Proben aus menschlichem, venösem EDTA-Vollblut																																																																																										
Bearbeitungszeit	Unter 1 Stunde																																																																																										
Lagerungsbedingungen	Die Kits werden zwischen 2 °C und 30 °C gelagert.																																																																																										
Haltbarkeit	12 Monate																																																																																										
Probenlagerung	Proben aus menschlichem, venösem EDTA-Vollblut sollten nach der Entnahme und während des Transports zum Labor bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 30 °C gelagert werden. Die Proben sollten so schnell wie möglich getestet werden, können jedoch vor dem Test bis zu 7 Tagen bei Raumtemperatur (19-30 °C) oder bis zu 14 Tagen gekühlt (2-8 °C) gelagert werden. Proben, die nicht innerhalb dieses Zeitraums getestet werden können, sollten sofort (max. 30 Tage) eingefroren werden. Die Proben können vor dem Testen mit den <i>illumigene</i> [®] Malaria Tests nach der Aufbewahrung bei -20 °C zweimal eingefroren und wieder aufgetaut werden.																																																																																										
Klinische Leistung	<p>Die Leistungseigenschaften der <i>illumigene</i>[®] Malaria- und der <i>illumigene</i>[®] Malaria PLUS-Tests wurden in klinischen Studien in Senegal, Afrika, ermittelt. Die Leistungseigenschaften des Tests wurden mit der Referenzmethode verglichen (Blutausstriche dünner und dicker Tropfen). Die Bestimmung der <i>Plasmodium</i>-Arten für alle positiven Proben erfolgte mikroskopisch.</p> <p>Ergebnisse von <i>illumigene</i>[®] Malaria im Vergleich zur Mikroskopie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Mikroskopie</th> <th><i>illumigene</i>[®]</th> <th colspan="4">Leistung</th> </tr> <tr> <th>Pos</th> <th>Neg</th> <th>Total</th> <th>INV</th> <th colspan="3"></th> <th>95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"><i>illumigene</i>[®] Malaria</td> <td>Pos</td> <td>139</td> <td>8</td> <td>147</td> <td>0(1)</td> <td>Sensitivität</td> <td>100.0%</td> <td>139/139</td> <td>97.3-100.0%</td> </tr> <tr> <td>Neg</td> <td>0</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>2(2)</td> <td>Spezifität</td> <td>89.3%</td> <td>67/75</td> <td>80.3-94.5%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>139</td> <td>75</td> <td>214</td> <td>2</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Ergebnisse von <i>illumigene</i>[®] Malaria PLUS im Vergleich zur Mikroskopie</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Mikroskopie</th> <th><i>illumigene</i>[®]</th> <th colspan="4">Leistung</th> </tr> <tr> <th>Pos</th> <th>Neg</th> <th>Total</th> <th>INV</th> <th colspan="3"></th> <th>95% CI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"><i>illumigene</i>[®] Malaria PLUS</td> <td>Pos</td> <td>136</td> <td>13</td> <td>149</td> <td>0</td> <td>Sensitivität</td> <td>100.0%</td> <td>136/136</td> <td>97.3-100.0%</td> </tr> <tr> <td>Neg</td> <td>0</td> <td>62</td> <td>62</td> <td>0</td> <td>Spezifität</td> <td>82.7%</td> <td>62/75</td> <td>72.6-89.6%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>136</td> <td>75</td> <td>211</td> <td>0</td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>*Anfänglich ungültige Ergebnisse sind in Klammern angegeben. Die auch nach Wiederholung verbliebene Anzahl ungültiger Proben ist vor der Klammer angegeben.</i></p>		Mikroskopie			<i>illumigene</i> [®]	Leistung				Pos	Neg	Total	INV				95% CI	<i>illumigene</i> [®] Malaria	Pos	139	8	147	0(1)	Sensitivität	100.0%	139/139	97.3-100.0%	Neg	0	67	67	2(2)	Spezifität	89.3%	67/75	80.3-94.5%	Total	139	75	214	2						Mikroskopie			<i>illumigene</i> [®]	Leistung				Pos	Neg	Total	INV				95% CI	<i>illumigene</i> [®] Malaria PLUS	Pos	136	13	149	0	Sensitivität	100.0%	136/136	97.3-100.0%	Neg	0	62	62	0	Spezifität	82.7%	62/75	72.6-89.6%	Total	136	75	211	0				
	Mikroskopie			<i>illumigene</i> [®]	Leistung																																																																																						
	Pos	Neg	Total	INV				95% CI																																																																																			
<i>illumigene</i> [®] Malaria	Pos	139	8	147	0(1)	Sensitivität	100.0%	139/139	97.3-100.0%																																																																																		
	Neg	0	67	67	2(2)	Spezifität	89.3%	67/75	80.3-94.5%																																																																																		
	Total	139	75	214	2																																																																																						
	Mikroskopie			<i>illumigene</i> [®]	Leistung																																																																																						
	Pos	Neg	Total	INV				95% CI																																																																																			
<i>illumigene</i> [®] Malaria PLUS	Pos	136	13	149	0	Sensitivität	100.0%	136/136	97.3-100.0%																																																																																		
	Neg	0	62	62	0	Spezifität	82.7%	62/75	72.6-89.6%																																																																																		
	Total	136	75	211	0																																																																																						
Analytische Sensitivität	<p>Die Nachweisgrenze wurde für <i>Plasmodium falciparum</i> und <i>Plasmodium vivax</i> festgelegt. Diese wurde unter Verwendung von mindestens 20 Replikaten und anhand einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit (z. B. 95 % für den Fall, dass 19 von 20 Replikaten positiv sind) bestimmt.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>illumigene</i>[®] Malaria</th> <th><i>illumigene</i>[®] Malaria PLUS</th> </tr> <tr> <th>Plasmodium-Arten</th> <th>Parasiten/µL</th> <th>Parasiten/µL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>P. falciparum</i> (3D7)</td> <td>2</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td><i>P. vivax</i> (India VII)</td> <td>0.125</td> <td>0.063</td> </tr> </tbody> </table>		<i>illumigene</i> [®] Malaria	<i>illumigene</i> [®] Malaria PLUS	Plasmodium-Arten	Parasiten/µL	Parasiten/µL	<i>P. falciparum</i> (3D7)	2	0.25	<i>P. vivax</i> (India VII)	0.125	0.063																																																																														
	<i>illumigene</i> [®] Malaria	<i>illumigene</i> [®] Malaria PLUS																																																																																									
Plasmodium-Arten	Parasiten/µL	Parasiten/µL																																																																																									
<i>P. falciparum</i> (3D7)	2	0.25																																																																																									
<i>P. vivax</i> (India VII)	0.125	0.063																																																																																									
Test-Reaktivität	Eine bekannte Menge <i>P. malariae</i> -, <i>P. ovale</i> -, und <i>P. knowlesi</i> -DNA wurde in negativen Vollblutproben verdünnt. Die Konzentration wurde dabei auf das Dreifache der jeweiligen Nachweisgrenze für die <i>illumigene</i> [®] Malaria- und die <i>illumigene</i> [®] Malaria PLUS-Probenzubereitungsverfahren eingestellt (durchschnittlich 72 Kopien/µl oder 6 Parasiten/µl für <i>illumigene</i> [®] Malaria; durchschnittlich 9 Kopien/µl oder 0,75 Parasiten/µl für <i>illumigene</i> [®] Malaria PLUS). Es wurden alle Arten bei diesen getesteten Konzentrationen nachgewiesen.																																																																																										
Bestellinformationen	<ul style="list-style-type: none"> <i>illumigene</i>[®] Malaria (25 Tests/Kit) 280925 <i>illumigene</i>[®] Malaria PLUS (25 Tests/Kit) 281125 <i>illumigene</i>[®] Malaria External Control Kit (18 Tests/Kit) 279970 																																																																																										



Eine vollständige Anleitung finden Sie in der jeweils aktuellsten Version der Packungsbeilage.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter info@meridianbioscience.eu.

REFERENCE

1. *illumigene*[®] Malaria Package Insert, SN11102

MERIDIANBIOSCIENCE.EU